

**ALERTA DE CONTROL DE MERCADO DE PRODUCTOS SANITARIOS  
CERTIFICADO DE MARCADO CE FALSO**

<b>Nº DE ALERTA:</b> 2020-489	<b>REFERENCIA</b> PS/CV/CEL/4608
<b>PRODUCTO</b> Guantes domésticos de látex, guantes de nitrilo desechables, guantes de látex desechables.	
<b>FABRICANTE</b> Shandong Zibo Guangda Medical Products Co., Ltd., No. 19, East 1 Rd. Liangxiang Industry Park, Zhangdian, Zibo, China	
<b>REPRESENTANTE AUTORIZADO</b> Shanghai International Holding Corporation GmbH (Europe), Eiffestrasse 80, 20537 Hamburgo, Alemania.	
<b>ASUNTO</b> Detección en el mercado europeo de un certificado de marcado CE falso. Lo que se comunica a efectos de control de mercado.	
<b>INFORMACIÓN ADICIONAL</b> Datos del certificado CE falso: <ul style="list-style-type: none"><li>• Organismo Notificado y nº de identificación: TÜV SÜD Product Service GmbH (0123)</li><li>• Número de certificado: G2S 08 09 64733 002</li><li>• Fabricante: Shandong Zibo Guangda Medical Products Co., Ltd</li><li>• Representante autorizado: Shanghai International Holding Corporation GmbH (Europe)</li><li>• Producto: Guantes domésticos de látex, guantes de nitrilo desechables, guantes de látex desechables</li><li>• Fecha de emisión: 06 noviembre 2015</li><li>• Fecha de caducidad: 05 noviembre 2018</li></ul> <p>Ver información sobre productos sanitarios especialmente utilizados durante la COVID-19 que han sido detectados en el mercado y no cumplen la regulación: <a href="https://www.aemps.gob.es/la-aemps/ultima-informacion-de-la-aemps-acerca-del-covid%e2%80%9119/informacion-sobre-productos-sanitarios-especialmente-utilizados-durante-la-covid-19-que-han-sido-detectados-en-el-mercado-y-no-cumplen-la-regulacion/">https://www.aemps.gob.es/la-aemps/ultima-informacion-de-la-aemps-acerca-del-covid%e2%80%9119/informacion-sobre-productos-sanitarios-especialmente-utilizados-durante-la-covid-19-que-han-sido-detectados-en-el-mercado-y-no-cumplen-la-regulacion/</a></p>	
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS</b> Certificado de marcado CE falso	

