

**ALERTA DE CONTROL DE MERCADO DE PRODUCTOS SANITARIOS  
CERTIFICADO DE MARCADO CE FALSO**

<b>Nº DE ALERTA:</b> 2020-485	<b>REFERENCIA</b> PS/CV/CEL/4603
<b>PRODUCTO</b> Guantes quirúrgicos de látex no estériles, Guantes de examen de látex, Guantes de examen de nitrilo, Guantes de plástico, guantes de vinilo, guantes domésticos.	
<b>FABRICANTE</b> SFH FOOD GMBH, Eiserfelder Str. 286 57080 Siegen, Alemania	
<b>ASUNTO</b> Detección en el mercado europeo de un certificado de marcado CE falso. Lo que se comunica a efectos de control de mercado.	
<b>INFORMACIÓN ADICIONAL</b> Datos del certificado CE falso: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Organismo Notificado y nº de identificación: TÜV SÜD Product Service GmbH (0123)</li> <li>• Número de certificado: G2S 12 03 62218 009</li> <li>• Fabricante: SFH FOOD GMBH</li> <li>• Producto: Guantes quirúrgicos de látex no estériles, Guantes de examen de látex, Guantes de examen de nitrilo, Guantes de plástico, guantes de vinilo, guantes domésticos.</li> <li>• Fecha de emisión: 21 marzo 2018</li> <li>• Fecha de caducidad: 17 abril 2021</li> </ul> <p>Ver información sobre productos sanitarios especialmente utilizados durante la COVID-19 que han sido detectados en el mercado y no cumplen la regulación: <a href="https://www.aemps.gob.es/la-aemps/ultima-informacion-de-la-aemps-acerca-del-covid%e2%80%9119/informacion-sobre-productos-sanitarios-especialmente-utilizados-durante-la-covid-19-que-han-sido-detectados-en-el-mercado-y-no-cumplen-la-regulacion/">https://www.aemps.gob.es/la-aemps/ultima-informacion-de-la-aemps-acerca-del-covid%e2%80%9119/informacion-sobre-productos-sanitarios-especialmente-utilizados-durante-la-covid-19-que-han-sido-detectados-en-el-mercado-y-no-cumplen-la-regulacion/</a></p>	
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS</b> Certificado de marcado CE falso	

