

**ALERTA DE CONTROL DE MERCADO DE PRODUCTOS SANITARIOS
CERTIFICADO DE MARCADO CE FALSO**

Nº DE ALERTA: 2020-486	REFERENCIA PS/CV/CEL/4604
PRODUCTO Batas quirúrgicas estériles, paños quirúrgicos estériles, packs quirúrgicos estériles.	
FABRICANTE Changzhou HolyMED Products Co., Ltd, 525 Changwu Road South Wujin District, Changzhou City, 213167,China	
ASUNTO Detección en el mercado europeo de un certificado de marcado CE falso. Lo que se comunica a efectos de control de mercado.	
INFORMACIÓN ADICIONAL Datos del certificado CE falso: <ul style="list-style-type: none"> • Organismo Notificado y nº de identificación: TÜV SÜD Product Service GmbH (0123) • Número de certificado: G2S 005447 0002 Rev.00 • Fabricante: Changzhou HolyMED Products Co., Ltd • Producto: Batas quirúrgicas estériles, paños quirúrgicos estériles, packs quirúrgicos estériles. • Fecha de emisión: 30 octubre 2018 • Fecha de caducidad: 29 octubre 2023 <p>Ver información sobre productos sanitarios especialmente utilizados durante la COVID-19 que han sido detectados en el mercado y no cumplen la regulación: https://www.aemps.gob.es/la-aemps/ultima-informacion-de-la-aemps-acerca-del-covid%e2%80%9119/informacion-sobre-productos-sanitarios-especialmente-utilizados-durante-la-covid-19-que-han-sido-detectados-en-el-mercado-y-no-cumplen-la-regulacion/</p>	
DOCUMENTOS ADJUNTOS Certificado de marcado CE falso	

